



Orzysz, dn. 29 kwietnia 2019 roku

**Dot. zapytania ofertowego pn :** „Zakup 3 szt. defibrylatorów w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020”

Nazwa oraz adres zamawiającego: **Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Rynek 3, 12 - 250 Orzysz**

Pytania do treści zapytania skierowane do Zamawiającego w dn. **25-26.04.2019 r.** wraz z odpowiedziami:

- 1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED o wytrzymałości mechanicznej jak następuje: Upadek z wysokości 1m na każde naroże, krawędź i płaszczyznę boczną. Parametr podany w wymogach zapytania ofertowego wskazuje na defibrylator firmy Philips. Taki zapis ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED o wytrzymałości mechanicznej jak następuje: Upadek z wysokości 1m na każde naroże, krawędź i płaszczyznę boczną.**

- 2) Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED bez klucza pediatricznego, a ze sterowaniem trybem pediatricznym/niemowlęcym za pomocą przycisku funkcyjnego na płycie czołowej defibrylatora? Klucz pediatriczny jest charakterystycznym rozwiązaniem dla defibrylatora FRx firmy Philips.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED bez klucza pediatricznego, a ze sterowaniem trybem pediatricznym/niemowlęcym za pomocą przycisku funkcyjnego na płycie czołowej defibrylatora**

- 3) Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED bez klucza pediatricznego, a ze sterowaniem trybem pediatricznym za pomocą dedykowanych elektrod pediatricznych automatycznie dostosowujących energię defibrylacji do potrzeb trybu pediatricznego/niemowlęcego oraz posiadające wymiary dedykowane dla małych pacjentów? Klucz pediatriczny jest charakterystycznym rozwiązaniem dla



defibrylatora FRx firmy Philips.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED bez klucza pediatricznego, a ze sterowaniem trybem pediatricznym za pomocą dedykowanych elektrod pediatricznych automatycznie dostosowujących energię defibrylacji do potrzeb trybu pediatricznego/niemowlęcego oraz posiadające wymiary dedykowane dla małych pacjentów, jednak elektrody nie mogą być kompatybilne z urządzeniami wyłącznie tego samego producenta oraz zastosowanie tego rozwiązania nie może znacząco wpływać na koszty eksploatacji.

- 4) Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED z kapsułą o kształcie kwadratowym lub prostokątnym o odpowiedniej odporności mechanicznej z oknem inspekcyjnym wykonana z polycarbonu z ogrzewaniem do montażu na zewnątrz budynku- 1 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED z kapsułą o kształcie kwadratowym lub prostokątnym o odpowiedniej odporności mechanicznej z oknem inspekcyjnym wykonana z polycarbonu z ogrzewaniem do montażu na zewnątrz budynku.

- 5) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator AED o energii wyładowań 150J? Impuls 150J jest bezpieczny i zgodny z zaleceniami ERC

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED o energii wyładowań 150J

- 6) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator AED o wadze 2,4kg? Warto zaznaczyć, że tego typu urządzenia wykorzystywane są w niewielkiej odległości od miejsca ich przechowywania i różnica wagi nie stanowi problemu w sprawnym przeprowadzeniu akcji ratowniczej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED o wadze 2,4kg

- 7) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator AED bez możliwości podłączenia przez adaptery z defibrylatorami pogotowia ratunkowego? Albowiem adaptery mogą zmienić właściwości dostarczanego impulsu i wpłynąć negatywnie na





skuteczność badania EKG. Jednocześnie warto zauważyć, że ZRM po przyjeździe defibryluje poszkodowanego przy pomocy defibrylatora manualnego wyposażonego w tzw. łyżki twarde i nie wykorzystuje elektrod już przyklejonych przez niemedycznych świadków zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED bez możliwości podłączenia przez adaptory z defibrylatorami pogotowia ratunkowego**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści zapytania, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy są następujące:

- **Terminu składania ofert- 06.05.2018 r do godz. 12:00**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

**Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA ORZYSZA

mgr Beata Jazdzewska

INTERPEKTOR

m. p. Beata Ostrowska

